

ANEXO II QUADROS DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS

*ADE: A depender dos equipamentos utilizados, sendo obrigatória a apresentação de layout.

Ambientes de apoio para serviços fixos

Sala de espera para clientes e pacientes – 1,2 m² por pessoa

BLOCO 1 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL			
Atividades realizadas	Unidades/Ambientes	Dimensões	Instalações, equipamentos, móveis e utensílios
Consultas clínicas e procedimentos ambulatoriais (curativos, aplicação de medicação, suturas superficiais de pele, coleta de material biológico, anestesia local, fluidoterapia)	Sala de Avaliação Animal (consultórios e ambulatorios)	minimo 6,0 m²	Arquivo médico físico e/ou informatizado; Pia para lavagem de mãos com torneira sem fechamento manual, equipada com porta sabonete líquido e papel toalha; Balança para pesagem dos animais (pode ficar na recepção/espera); Suportes para soluções de fluidoterapia ou local para fixação das mesmas; Equipamento de refrigeração exclusivo de vacinas, antígenos, medicamentos e outros materiais biológicos, com termômetro digital de máxima e mínima, e planilhas para registro das temperaturas (máxima, mínima e de momento); Mesa para atendimento ao paciente de material liso, lavável, impermeável e de fácil higienização; Armário para guarda de equipamentos e medicamentos; Recursos medicamentosos específicos para casos de processos alérgicos, processos cardíacos, processos respiratórios, processos hemorrágicos; Kit de emergência para ressuscitação cardiopulmonar:ambu, laringoscópio, sondas endotraqueais de tamanhos compatíveis ao porte dos animais, sistemas de provisão de oxigênio, sistemas de ventilação mecânica; Local fechado com chave, específico para acondicionamento de medicamentos sujeitos a controle especial regidos pela Portaria Federal 344/98; Livros devidamente registrados nos órgãos competentes (com escrituração dos medicamentos sujeitos a controle especial); Coletores específicos para os tipos de resíduos gerados no local.

Área para cadastro de pacientes / marcação (recepção) – 3,0 m²

Sala de utilidades – 4,0 m² com dimensão mínima de 1,5 m

Depósito de material de limpeza (DML) – 2,0 m² com dimensão mínima de 1,0 m

Depósito de equipamentos e materiais – 3,0 m²

Sanitários para clientes/trabalhadores – 1,60 m² por pessoa. Dispor de sanitário com acessibilidade garantida, podendo ser considerados aqueles que integram um Condomínio ou Centro Comercial onde já existam sanitários públicos compartilhados, ou, ainda, quando integrar uma mesma estrutura física compartilhada com estabelecimentos médico-veterinários

Abriço de Resíduos - com no mínimo 2 boxes (resíduos de saúde e comuns), cada box deve ser suficiente para a guarda de dois recipientes coletores

Ambientes opcionais para serviços fixos

Sala administrativa – 5,5 m² por pessoa

Copa – 2,6 m²

BLOCO 2 – CENTRO CIRÚRGICO			
Atividades realizadas	Áreas/Ambientes	Dimensões	Instalações, equipamentos, móveis e utensílios
	Área de preparo	6,0 m²	Pia para lavagem de mãos com torneira sem fechamento manual, equipada com porta sabonete líquido e papel toalha ou pia de lavagem inserida em bancada; Mesa para atendimento ao paciente de material liso, lavável, impermeável e de fácil higienização; Balança para pesagem dos animais (pode ficar na recepção/espera); Suportes para soluções de fluidoterapia ou local para fixação das mesmas; Ambu, laringoscópio e sondas endotraqueais de tamanhos compatíveis ao porte dos animais; Sistema de provisão de oxigênio; Sistema de ventilação mecânica; Recursos medicamentosos específicos para casos de processos alérgicos, processos cardíacos, processos respiratórios, processos hemorrágicos, etc.; Local fechado com chave, específico para acondicionamento de medicamentos sujeitos a controle especial regidos pela Portaria Federal 344/98; Coletores específicos para os tipos de resíduos gerados no local.
	Área de Antissepsia e paramentação	Área de paramentação com 3,0 m² Área de Escovação com 1,10 m² por torneira com dimensão mínima de 1,0m	Presença de barreira física, separando a área limpa da contaminada; Porta de acesso à sala de cirurgia acionada sem o comando das mãos; Pia de higienização para degeminação cirúrgica das mãos e dos braços, com torneira e recipiente de solução antisséptica com acionamento sem contato manual, sendo necessário 2 torneiras por cada sala cirúrgica. Caso exista mais de 2 salas cirúrgicas, acrescentar 1 torneira a cada nova sala; Coletores específicos para os tipos de resíduos gerados no local.
Cirurgia	Sala de cirurgia	Mínimo de 10,0m²	Paredes com cantos arredondados; Janelas vedadas; Mesa cirúrgica de material liso, lavável, impermeável e de fácil higienização; Mesa auxiliar de material liso, lavável, impermeável e de fácil higienização; Foco cirúrgico; Aspirador cirúrgico; Sistema de iluminação emergencial própria; Equipamentos para monitoração anestésica, contemplando a mensuração da temperatura corporal, oximetria, pressão arterial não invasiva e eletrocardiograma; Instrumental para cirurgia, em qualidade e quantidade adequadas à rotina; Equipamentos para intubação e suporte ventilatório compatíveis ao porte dos animais; Sistema de provisão de oxigênio; Sistema de aquecimento para o paciente; Suportes para soluções de fluidoterapia ou local para fixação das mesmas; Recursos medicamentosos específicos para casos de processos alérgicos, processos cardíacos, processos respiratórios, processos hemorrágicos, etc.; Local fechado com chave, específico para acondicionamento de medicamentos sujeitos a controle especial regidos pela Portaria Federal 344/98; Coletores específicos para os tipos de resíduos gerados no local.
	Área de recuperação (pode ocorrer, também, no ambiente cirúrgico ou na sala de internação)	Área suficiente para comportar 2 mesas de atendimento veterinário com distância mínima entre elas de 0,8 m, com espaço suficiente para manobra	Pia para lavagem de mãos com torneira sem fechamento manual, equipada com porta sabonete líquido e papel toalha ou pia de lavagem inserida em bancada; Mesa para atendimento ao paciente de material liso, lavável, impermeável e de fácil higienização; Maca para atendimento e transporte de paciente; Sistema de aquecimento para o paciente; Sistema de ventilação mecânica; Sistema de provisão de oxigênio; Suportes para soluções de fluidoterapia ou local para fixação das mesmas; Recursos medicamentosos específicos para casos de processos alérgicos, processos cardíacos, processos respiratórios, processos hemorrágicos, etc.;

ADI: A disposição dos equipamentos utilizados, sendo obrigatória a apresentação de *layout*

Áreas de apoio para serviços florestais

- Bancos de utilidades – 4,0 m² com dimensão mínima de 1,5 m
- Sanitários com ventilação para funcionamento – 1,00 m² por pessoa
- Depósito de equipamentos e materiais – 3,0 m²
- Depósito de material de isolamento (Látex) – 2,0 m²
- Lavandaria – dimensão variável de acordo com a quantidade de animais atendidos, podendo ser suprimida quando o estabelecimento tiver este serviço, o que deve ser comprovado por meio de fotos
- Armazém para armazenagem de materiais – 2,0 m²
- Alojio de Resíduos, com capacidade para 2 bovinos (resíduos de saúde e comuns), cada deve ser suficiente para a guarda dos resíduos coletados.

Áreas específicas para serviços florestais

- Alojio para animais – 2,0 m² com dimensão mínima de 1,5 m
- Área para guarda de animais
- Área para guarda de equipamentos

Áreas para guarda de animais e equipamentos e parte do animal e sua guarda

- Bô de cama para cada animal por período (12h/24 h), em média, sendo 3,0 m² de área para guarda e 1,0 m² para guarda de equipamentos
- Bô de cama para cada animal por período (12 h/24 h) e grande porte (30 kg), em média, sendo 3,0 m² de área para guarda e 1,0 m² por galinha
- Bô de cama para cada animal por período (12 h/24 h) e pequeno porte (15 kg), em média, sendo 3,0 m² de área para guarda e 1,0 m² por galinha

Caso realize serviços de abate, a área deve ser diferenciada, sendo como exemplo, a seguinte disposição:

ANEXO I A dependência dos equipamentos utilizados, tendo obrigatória a apresentação de layout (desenho de planta baixa):

- **Antesala de apoio:**
 - Sala de espera – 4,0 m² com dimensão mínima de 1,5 m
 - Banheiro – 1,0 m² por pessoa; descargas (4,0 m² até 40 m² de área alvenaria) – 2,0 m² por pessoa
 - Sanitários e vestiários para trabalhadores – 1,60 m² por pessoa
 - Depósito de equipamentos e materiais – 3,0 m²
 - Depósito de material de limpeza (DML) – 2,0 m² com dimensão mínima de 1,0 m
- **Dimensão mínima de 2,40 m** para o comprimento da dependência, quando não for suprida quando o estabelecimento receber este serviço, o que deve ser comprovado por meio de controle fotográfico com empresa prestadora do serviço para acomodar unidade reboque exclusiva para conservação de animais mortos e resíduos biológicos, quando o estabelecimento optar por não receber atendimento 24 horas.
- **Atendimento de Resíduos:** com no mínimo 2 boxes (resíduos de saúde e comuns), cada box deve ser suficiente para a guarda de resíduos coloridos

	▪ Microscópio em número suficiente para avaliação das lâminas preparadas; ▪ Ambiente para aquecimento de lâminas e blocos; Área de processamento de material por congelação contendo local para seleção macroscópica e citotato ou micrótomo de congelação. Sala de Necropsia contendo no mínimo: ▪ Mesa de necropsia de material impermeável; ▪ Instrumental necessário para realização do procedimento; ▪ Parafusos e placas de fixação frigoríficas, observada a legislação pertinente; Segur flutu: de entida de material logo a sala de material limpo; ▪ Pia de lavação, com bancada contendo material de fácil limpeza e desinfecção; ▪ Estufa para secagem de material; • Autoclave, em bom estado de conservação e uso com registro de controle bacteriológico ou comprovação de termostatização da material; • Bancada ou mesa acessória de material liso, de revestimento impermeável e de fácil higienização; • Contêineres apropriados para o armazenamento de material.
Sala de lavagem e descontaminação de materiais	6,0 m²

TADE: A depender dos equipamentos utilizados, sendo obrigatória a apresentação de Ruydo.

Ambientes de apoio

- Sala de espera para clientes e pacientes – 1,2 m² por pessoa
- Área para cadastro de pacientes (recepção) – 3,0 m²
- Sala de unidades – 4,0 m² com dimensão mínima de 1,5 m
- Depósito de equipamentos e materiais – 3,0 m²
- Depósito de material de Importa (DMI) – 2,0 m² com dimensão mínima de 1,0 m
- Sanitários para clientes/pacientes – 1,00 m² por pessoa. Dispor de sanitário com acessibilidade garantida, podendo ser considerados aqueles que integram um Condomínio ou Centro Comercial onde existem sanitários públicos compartilhados, ou, ainda, quando integrar uma mesma estrutura física compartilhada com estabelecimentos médico-veletários

Área de Resíduos - com no mínimo 2 boxes (resíduos de saúde e comuns), cada box deve ser suficiente para a guarda de dois recipientes coletores

Ambientes opcionais:

- Copa – 2,0 m²
- Sala administrativa – 5,5 m² por pessoa

Diagnóstico por Imagem	Sala de tomografia	ADP* Verificar documentos do manual do equipamento Considerar o tamanho das espécies	Tomografia e seus acessórios. Mist. compatível com espécies e para equine. Leis e normas, particularmente para a equine técnica e acompanhamento do animal. Kiss de emergência para resuscitação cardiopulmonar, armar, tamponar, sondar endotraqueal de tamanho compatível ao porte dos animais, sistemas de provisão de oxigênio, sistemas de ventilação mecânica. Recursos medicamentosos específicos para casos de processos alérgicos, processos cardíacos, processos respiratórios, processos hematológicos, etc.. Colômbio específico para os tipos de resíduos gerados no local
	Sala de comando do tomógrafo	ADP*	Usar fluoróscopo. Equipamento que garanta comunicação ativa com clientes e trabalhadores dentro da sala de tomografia. Colômbio específicos para os tipos de resíduos gerados no local.
	Sala de ressonância magnética	ADP* Verificar documentos do manual do equipamento Considerar o tamanho das espécies	Posstar imatização de projeto interno e externo, conforme legislação específica Quando com intenção de atendimento para mulheres grávidas (trabalhadoras e clientes) na porta de entrada; Quando o tamanho e símbolos de advertência para mulheres grávidas (trabalhadoras e clientes) na porta de entrada. Equipamento de ressonância magnética e seus acessórios. Garanta de blindagem eletromagnética da sala. Balão de emergência de equipamento para desmagnetismo do campo magnético e exaustão de emergência, para evitar (risco de explosão). Classificação contravergente com o equipamento instalado. Kiss de emergência para resuscitação cardiopulmonar, armar, tamponar, sondar endotraqueal de tamanho compatível ao porte dos animais, sistemas de provisão de oxigênio, sistemas de ventilação mecânica. Recursos medicamentosos específicos para casos de processos alérgicos, processos cardíacos, processos respiratórios, processos hematológicos, etc.. Colômbio específico para os tipos de resíduos gerados no local

ADE*	Considerar o tamanho das espécies	Colôres específicos para os tipos de resíduos gerados no local: Pia para lavagem de mãos com bomba sem fechamento manual, equipada com porta sabonete líquido e pasta de toalha. Sistema de aquecimento (colchêdes elétricos ou aquecedores). Pia de emergência para resuscitação cardiopulmonar: ar, laringoscópio, sondas endotraqueais de tamanho compatíveis ao porte dos animais, sistemas de provisão de oxigênio, sistemas de ventilação mecânica. Requisitos sanitários específicos para casos de processos infecciosos, processos cardíacos, processos respiratórios e processos hematológicos, etc. Mau ou alojamento que garanta bem-estar e segurança dos animais, de acordo com as particularidades das espécies. Colôres específicos para os tipos de resíduos gerados no local.
		O serviço móvel deverá dispor de instalações, equipamentos, mobiliário, materiais e materiais que permitam prestação de todos os serviços ofertados. Prover de abastecimento de água e energia elétrica. Local fechado com chuve, específico para acondicionamento de medicamentos sujeitos a controle especial regimes de Portaria Federal 346/03. Colôres específicos para os tipos de resíduos gerados no local. Local para guarda provisória de resíduos sólidos e líquidos. Depósito de material de limpeza (DML).
ADE*	Considerar os procedimentos reabilitação e tamanho das espécies	
Unidade móvel veterinária		

BLOCO 7 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			
Atividades realizadas	Áreas/Ambientes	Dimensões	Instalações, equipamentos, móveis e utensílios
Central de Material Estereozido	Sala de lavagem e esterilização	6,0m ²	Áreas de lavagem e descontaminação, com as devidas barreiras físicas; Plata de aquecimento, com barreira construída de material de espuma e desinfectante; Autoclave, em bom estado de conservação e uso, com registro de controle, físico e biológico; Armários, prateleiras e utensílios acondicionamento de materiais, incluindo material estéril; Colchões específicos para o tipo de resíduos gerados no local.
Desinfecção química	Sala para desinfecção química	ADE*	Sistema que garanta exaustão e filtragem adequados do ar ambiente; Sistema de diluição; Portão de água que alterna os padrões deubilidade conforme normatização vigente; Prateleira de lava, pistão com água já quente para lavagem e para desinfecção do endoscópio; Ar comprimido medicinal, gás inerte ou ar tratado, caso o teste de dolo para asagem do equipamento; Barreira ou mesa de apoio, lava e impermeável; Armário para guarda de material; Colchões específicos para o tipo de resíduos gerados no local.
*ADE: A dependência dos equipamentos utilizados, sendo obrigatória a apresentação de layout.			
Ambientes de apoio (em caso de serviço independente):			
	Recepção	3,0 m ²	
	Sala de espera - 1,2m por pessoa		
	Depósito de material de limpeza (DML) - 2,0 m com dimensão mínima de 1,0 m		
	Sanitários para clientes/materiais - 1,00 m por pessoa, Dispor de sanitário com acessibilidade garantida, podendo ser considerados aqueles que integram um Condômino ou Centro Comercial com acesso		
	Depósito para produtos desinfetantes, produtos desinfetantes, e água, quando integrar uma mesma estrutura física compartilhada com estabelecimento médico-veterinário		
	Depósito de equipamentos e materiais - 3,0 m ²		
	Alcova de Resíduos - com no mínimo 2,0 m ² de resíduos de saúde e comuns, cada box deve ser suficiente para a guarda de dois recipientes coletores		
Ambientes opcionais (em caso de serviço independente):			
	Copa - 2,0 m ²		
	Sala administrativa - 5,5 m ² por pessoa		

² Os laboratórios podem estar localizados em um único salão, separado por áreas e bancadas específicas

- Necessária existência de sala exclusiva
- Necessária existência de sala exclusiva
- Necessária existência de sala exclusiva se realizar cultivo celular ou isolamento viral
- Necessária existência de sala exclusiva

• A estrutura da sala de necropsia será dispensada nos laboratórios dedicados exclusivamente a análise e diagnóstico histopatológico

• Os procedimentos de murais-histológicos, congelamento, necropsia e a análise de cortes de rotina são opcionais na unidade e a estrutura necessária a sua realização está condicionada ao direcionamento dos serviços

• O grau de especificação de equipamentos laboratoriais dependerá da finalidade do uso e da complexidade dos procedimentos